

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200					0,0020*					
0,0350						23,86*			0,0048					0,0053					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					0,202					0,0054					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010			18,92		0,202				0,077*	0,0054					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,262	0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,267	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056				0,0182	
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101	0,0206	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102	0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112	0,0213	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	0,0214	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034	0,0034	0,0351	0,0266	0,0278	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034	0,0034	0,0395	0,0274	0,0278	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036	0,0036		0,0274	0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291				0,0282	0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztázná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 1

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350						23,86*								0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92				0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012					24,54	18,92				0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,124*				24,60	19,00				0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,70	19,01				0,0056					
								0,0023	0,202	0,018	0,123*	0,0030		0,267					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101	0,0206	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102	0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112	0,0213	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	0,0214	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0216	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0217	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0219	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0224	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0226	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0231	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0255	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0264	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034	0,0034	0,0351	0,0395	0,0266	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0036	0,0036	0,0395	0,0395	0,0274	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291					0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291					0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,146	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*			0,146	0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*			0,146	0,146								
		0,449*								0,149	0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 2

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350							23,86*								0,0020*				
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43						0,0048				
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92					0,0053				
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012					24,54	18,92					0,0056				
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,124*				24,60	19,00			0,077*		0,0054				
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,70	19,01					0,0056				
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0030	0,262		0,0056				
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0182
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0060	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0206
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0207
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290		0,0034		0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290		0,0034		0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291		0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 3

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N	
									0,189											
									0,199											
0,0350						23,86*			0,200					0,0020*						
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					0,202					0,0048						
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					0,202					0,0053						
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,077*	0,0054						
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030		0,0056						
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056				0,0182		
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101	0,0206		
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102	0,0207		
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112	0,0213		
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	0,0214		
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290		0,0034		0,0351		0,0266	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290		0,0034		0,0395		0,0274	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291		0,0036				0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293							
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293							
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294							
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146									
		0,449*									0,146									
											0,149									
											0,151									

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 4

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200						0,0020*				
0,0350									24,43						0,0048				
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,52	18,92				0,0053					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,54	18,92				0,0054					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012					24,60	19,00				0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,124*				24,70	19,01		0,094*		0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272			0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101	0,0206	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102	0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112	0,0213	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	0,0214	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0216	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0217	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0219	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0224	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0226	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0231	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0255	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0264	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0074	0,0034	0,0015	0,0351	0,0266	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0074	0,0034	0,0015	0,0395	0,0274	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0076	0,0036	0,0015	0,0395	0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291	0,0078	0,0036	0,0015	0,0395	0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293	0,0080	0,0036	0,0015	0,0395	0,0282	
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,046	0,146	0,0081	0,293	0,0081	0,0036	0,0015	0,0395	0,0282	
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*			0,146	0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*			0,146	0,146								
		0,449*								0,149	0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 5

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
0,0350						23,86*			0,200					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202					0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,077*	0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,262	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0263	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034	0,0034	0,0351			0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034	0,0034	0,0395			0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036					0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztážená hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 6

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350									0,202										
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		23,86*			0,202										
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,43			0,202										
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202										
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202										
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018									
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132								
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133								
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137								
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138								
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138								
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139								
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141								
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142								
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143								
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143								
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143								
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144								
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144								
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144								
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144								
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145								
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145								
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,046	0,146								
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146								
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 7

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
0,0350						23,86*			0,200					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202					0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,077*	0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,267	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034	0,0034		0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034	0,0034		0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036	0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,046	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vzátažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 8

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
0,0350						23,86*			0,200					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202					0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,077*	0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,262	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101	0,0206	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102	0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112	0,0213	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	0,0214	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0216	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0217	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0219	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0224	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0226	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0231	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0255	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0264	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0078	0,0034	0,0015	0,0351	0,0266	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034	0,0034	0,0015	0,0395	0,0274	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036	0,0036	0,0015	0,0395	0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291					0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 9

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350						23,86*			0,202					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92				0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*				24,54	18,92				0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*				24,60	19,00			0,077*	0,0054					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,70	19,01	0,0023	0,017	0,123*	0,0030					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0078	0,0034	0,0015	0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0078	0,0034	0,0015	0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0078	0,0036	0,0015			0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291	0,0081	0,0036	0,0015			0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,046	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*			0,146	0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*			0,146	0,146								
		0,449*								0,149	0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vzátná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 10

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
0,0350						23,86*			0,189					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,199					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,200					0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012		24,54	18,92		0,202					0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013		24,60	19,00		0,202				0,077*	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013		24,70	19,01	0,0023	0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,267	0,0056					
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013		24,83	19,03	0,0031	0,203	0,018	0,131	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0182
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014		24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0206
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015		24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0207
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016		24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0213
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017		24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0214
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018		24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020		24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0060	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021		24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024		24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029		24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030		24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031		25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034		25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036		25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0078	0,0034	0,0015	0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036		25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0078	0,0036	0,0015	0,0395		0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040		25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291	0,0078	0,0036	0,0015	0,0395		0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042		25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293	0,0078	0,0036	0,0015	0,0395		0,0282
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044		25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,146	0,146	0,0081	0,293	0,0078	0,0036	0,0015	0,0395		0,0282
0,0514	1,758*	0,404		0,0045		25,76*	20,13*			0,146	0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*			0,146	0,146								
		0,449*								0,149	0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 11

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
0,0350									0,199					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		23,86*			0,200					0,0048					
									0,202					0,0053					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					0,202				0,077*	0,0054					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012					0,202		0,094*			0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013					0,202	0,017	0,123*	0,0030		0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013					0,202	0,018	0,131	0,0032		0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013					0,202	0,019	0,132	0,0046		0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014					0,202	0,021	0,133	0,0051		0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015					0,202	0,021	0,137	0,0051		0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016					0,202	0,023	0,138	0,0053		0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017					0,202	0,024	0,138	0,0053		0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018					0,207	0,024	0,139	0,0056		0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020					0,207	0,026	0,141	0,0057		0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021					0,207	0,027	0,142	0,0060		0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024					0,210	0,028	0,143	0,0062		0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029					0,211	0,029	0,143	0,0066		0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030					0,212	0,030	0,143	0,0070		0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031					0,215	0,030	0,144	0,0072		0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034					0,217	0,030	0,144	0,0073		0,0073	0,0034		0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036					0,218	0,030	0,144	0,0074		0,0074	0,0034		0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036					0,220	0,033	0,144	0,0076		0,0076	0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040					0,223	0,034	0,145	0,0078		0,0078					0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042					0,223	0,041	0,145	0,0080		0,0080					
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044					0,223	0,041	0,145	0,0081		0,0081					
0,0514	1,758*	0,404		0,0045					0,228*	0,050*	0,146			0,294					
0,0557	1,766*	0,405							0,228*	0,050*	0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 13

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N	
									0,189											
									0,199											
									0,200											
0,0350						23,86*								0,0020*						
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43					0,0048						
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92				0,0053						
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		2,202					0,0054						
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		2,202				0,077*	0,0056						
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	2,202	0,017	0,123*	0,0030		0,0056						
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	2,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0182	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	2,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0206	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	2,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0207	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	2,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0213	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	2,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0214	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	2,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0216	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	2,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0217	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	2,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0219	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	2,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0224	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	2,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0226	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	2,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0231	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	2,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0235	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	2,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0078	0,0034	0,0015	0,0351	0,0130	0,0255	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	2,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0078	0,0034	0,0015	0,0395		0,0264	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	2,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0078	0,0036				0,0266	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	2,223	0,034	0,145	0,0078	0,291	0,0078					0,0274	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	2,240*	0,041	0,145	0,0080	0,293	0,0080					0,0278	
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	2,250*	0,050*	0,146	0,0081	0,293	0,0081					0,0282	
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294							
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146									
		0,449*									0,146									
											0,149									
											0,151									

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 14

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199					0,0020*					
0,0350						23,86*			0,200					0,0048					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0053					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202				0,077*	0,0054					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*			0,262					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030		0,267					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290		0,0034		0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290		0,0034		0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291		0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 15

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199					0,0020*					
0,0350						23,86*			0,200					0,0048					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43					0,0053					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92				0,0054					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*				24,54	18,92				0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*				24,60	19,00				0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,70	19,01	0,0023	0,017	0,123*	0,0030					
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177				24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178				24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178				24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180				24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181				24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186				24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186				24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186				24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186				24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187				24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,0070	0,0033	0,0012	0,0133
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187				24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,0070	0,0033	0,0015	0,0130
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187				25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,0078	0,0033	0,0015	0,0130
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188				25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,0078	0,0034	0,0015	0,0130
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189				25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,0078	0,0034	0,0015	0,0130
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190				25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,0078	0,0034	0,0015	0,0130
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190				25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,0078	0,0034	0,0015	0,0130
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194				25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,0081	0,0034	0,0015	0,0130
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197				25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,046	0,146	0,0081	0,0034	0,0015	0,0130	0,0266
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*						0,146						0,0274
0,0557	1,766*	0,405					20,66*						0,146						0,0278
		0,449*											0,146						0,0282
													0,149						
													0,151						

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 16

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350						23,86*								0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202					0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,077*	0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202					0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,017	0,123*	0,0030		0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290		0,0034		0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290		0,0034		0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291		0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,046	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*			0,146			0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 17

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N	
									0,189											
									0,199											
0,0350						23,86*			0,200					0,0020*						
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0048						
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202					0,0053						
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,077*	0,0054						
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030		0,0056						
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056				0,0182		
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290		0,0034		0,0351		0,0266	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290		0,0034		0,0395		0,0274	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291		0,0036				0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293							
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293							
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294							
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146									
		0,449*									0,146									
											0,149									
											0,151									

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
 laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
 vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
 laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
 Z-scoring see Annex 2
 |Z_N| > 2
 Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
 laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 18

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N	
									0,189											
									0,199											
0,0350						23,86*			0,200					0,0020*						
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0048						
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202					0,0053						
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,077*	0,0054						
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202		0,123*	0,0030		0,0056						
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,017	0,131	0,0032		0,0056					0,0182	
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034	0,0034	0,0035			0,0266	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034	0,0034	0,0395			0,0274	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036					0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293							
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293							
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294							
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146									
		0,449*									0,146									
											0,149									
											0,151									

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 20

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
0,0350						23,86*			0,200					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202					0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012		24,54	18,92		0,202		0,094*			0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,124*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,077*	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,0056	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101			0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102			0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112			0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112			0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011		0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013		0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044		0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070		0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078		0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084		0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120		0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130		0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,0078	0,0034	0,0034	0,0351			0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,0078	0,0034	0,0036	0,0395			0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,0078	0,0034	0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,0078	0,0034	0,0036				0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,0081	0,0034	0,0036				
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,046	0,146	0,0081	0,0081	0,0034	0,0036				
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vzátná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 21

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350						23,86*								0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43								0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92							0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92				0,094*			0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,267	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290		0,0034		0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290		0,0034		0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291		0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 22

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199					0,0020*					
0,0350						23,86*			0,200					0,0048					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0053					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202				0,077*	0,0054					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,262	0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,267	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034	0,0034	0,0351			0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034	0,0034	0,0395			0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036	0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 24

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350						23,86*			24,43					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,52	18,92				0,0053					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92				0,0054					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*				24,60	18,92			0,077*	0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*				24,60	19,00			0,262	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70			19,01	0,0023	0,017	0,123*	0,0030	0,267	0,0056				
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101	0,0182	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102	0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	0,0213	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0216	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0217	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0219	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0224	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0226	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0231	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0255	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0264	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034	0,0034	0,0351		0,0266	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034	0,0034	0,0395		0,0274	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036	0,0036			0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291					0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,046	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*			0,146	0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*			0,146	0,146								
		0,449*								0,149	0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 25

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N	
									0,189											
									0,199											
0,0350									0,200					0,0020*						
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		23,86*			24,43					0,0048						
									24,60					0,0053						
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		24,52				0,077*	0,0054						
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		24,60		0,094*			0,0056						
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		24,60		0,017	0,123*	0,0030	0,0056						
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	24,70		0,018	0,131	0,0032	0,0056					0,0182	
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	24,83	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	24,84	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	24,84	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	24,85	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	24,86	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	24,87	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	24,88	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,0060	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	24,88	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224	
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	24,91	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,0061	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226	
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	24,98	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,0061	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231	
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	24,99	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,0061	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255	
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	25,00	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,0061	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264	
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	25,00	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,0061	0,0034	0,0015	0,0351		0,0266	
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	25,06	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,0061	0,0034	0,0015	0,0395		0,0274	
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	25,06	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,0061	0,0036	0,0015	0,0395		0,0278	
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	25,11	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,0061	0,0036	0,0015	0,0395		0,0282	
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	25,24	0,240*	0,041	0,145	0,0080	0,0061	0,0036	0,0015	0,0395			
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	25,25	0,250*	0,050*	0,146	0,0081	0,0061	0,0036	0,0015	0,0395			
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*					0,146								
0,0557	1,766*	0,405					20,66*					0,146								
		0,449*										0,149								
												0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 26

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N			
									0,189													
									0,199													
0,0350									0,200													
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43					0,0020*								
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92				0,0053								
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*				24,54	18,92				0,0054								
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*				24,60	19,00				0,0056								
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,70	19,01	0,0023			0,0056								
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177				24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101	0,0206	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178				24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102	0,0207	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178				24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112	0,0213	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180				24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	0,0214	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181				24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186				24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186				24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186				24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186				24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187				24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187				24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187				25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188				25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034		0,0351			0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189				25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034		0,0395			0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190				25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036					0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190				25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194				25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197				25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*				25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405								20,66*				0,146								
		0,449*												0,146								
														0,149								
														0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztahná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 27

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350									23,86*										
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43						0,0020*				
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92					0,0048				
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012					24,54	18,92					0,0053				
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,124*				24,60	19,00			0,077*		0,0054				
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,70	19,01					0,0056				
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0023	0,202	0,017	0,123*	0,0030			0,0056				
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278		0,0056	0,0022	0,0005	0,0101	0,0206
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279		0,0060	0,0024	0,0007	0,0112	0,0207
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280		0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281		0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282		0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282		0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283		0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285		0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286		0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289		0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290		0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290		0,0073	0,0034	0,0015	0,0351	0,0264
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290		0,0034	0,0034	0,0015	0,0395	0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291		0,0036	0,0036	0,0015	0,0395	0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 28

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N	
									0,189											
									0,199											
									0,200											
0,0350						23,86*								0,0020*						
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43					0,0048						
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92				0,0053						
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*				24,54	18,92				0,0054						
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*				24,60	19,00				0,0056						
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,70	19,01	0,0023	0,017	0,123*	0,0030						
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177				24,83	19,03	0,0031	0,018	0,131	0,0032	0,272				0,0182	
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178				24,84	19,05	0,0038	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0022	0,0005	0,0101	0,0206	
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178				24,84	19,05	0,0039	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102	
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180				24,85	19,06	0,0046	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112	
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181				24,86	19,10	0,0051	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112	
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186				24,87	19,12	0,0054	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13		0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17		0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21		0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25		0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25		0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26		0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32		0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0078	0,0034	0,0015	0,0351	0,0130	0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33		0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0078	0,0034	0,0015	0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34		0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0078	0,0034	0,0015	0,0395		0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35		0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291	0,0078	0,0034	0,0015	0,0395		0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35		0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293	0,0078	0,0034	0,0015	0,0395		
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47		0,0261*	0,050*	0,146	0,0081	0,293	0,0078	0,0034	0,0015	0,0395			
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294							
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146									
		0,449*									0,146									
											0,149									
											0,151									

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$
Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 29

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200										
0,0350									24,43										
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,52	18,92									
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,54	18,92									
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*				24,60	19,00									
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*				24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272			
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*				24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277			0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177				24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178				24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0028	0,0005
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178				24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180				24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181				24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186				24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88			19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88			19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91			19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98			19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99			19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00			19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00			19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034		0,0351	0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06			19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034		0,0395	0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06			19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036			0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11			19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291				0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24			19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293				
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25			19,47	0,0261*		0,050*	0,146	0,0081	0,293				
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*			20,13*				0,146		0,294				
0,0557	1,766*	0,405							20,66*				0,146						
		0,449*											0,146						
													0,149						
													0,151						

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztázná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

$|Z_N| > 2$
Z-scoring see Annex 2
 $|Z_N| > 2$

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Z-scoring viz. Příloha 2

Participant's code - Kód účastníka: 30

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
									0,200					0,0020*					
0,0350						23,86*			0,202					0,0048					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0053					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202				0,077*	0,0054					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,094*		0,262	0,0056					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,267	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290	0,0034			0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290	0,0034	0,0034		0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291	0,0036					0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*	0,050*	0,146	0,146	0,0081	0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*			0,146	0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*			0,146	0,146								
		0,449*								0,149	0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehý

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 31

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
0,0350									0,200					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008					24,43					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010					24,52	18,92				0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012					24,52	18,92				0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,124*				24,60	19,00				0,077*					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,147*				24,70	19,01				0,0056					
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177				24,83	19,03				0,0056					
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178				24,84	19,05				0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0182
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178				24,84	19,05				0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0206
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180				24,85	19,06				0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0207
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181				24,86	19,10				0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186				24,87	19,12				0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186				24,88	19,13				0,0060	0,0025	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186				24,88	19,17				0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186				24,91	19,21				0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187				24,91	19,21				0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187				24,99	19,25				0,0062	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187				25,00	19,26				0,0066	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188				25,00	19,32				0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189				25,06	19,33				0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190				25,06	19,34				0,0074	0,0034	0,0034	0,0351		0,0266
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190				25,11	19,35				0,0076	0,0036				0,0274
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194				25,11	19,35				0,0078					0,0278
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197				25,25	19,47				0,0080					0,0282
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*		0,440*	0,041	0,145	0,0080	0,293						
0,0557	1,766*	0,405			0,197	25,25	19,47		0,050*	0,146	0,0081	0,293							
		0,449*								0,146			0,294						
										0,146									
										0,149									
										0,151									

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 32

SPL
1. máje 432
735 31 BOHUMÍN

Annex 1 for Certificate of participation in PT 32/6A
Laboratory results
(Position of the participant's laboratory result)

Příloha 1 k Osvědčení o účasti v PT 32/6A
Laboratorní výsledky
(Postavení laboratorního výsledku účastníka)

%C	%Mn	%Si	%P	%S	%Cu	%Cr	%Ni	%Al	%Mo	%W	%V	%Ti	%Co	%Sn	%B	%Ca	%Nb	%Zr	%N
									0,189										
									0,199										
0,0350						23,86*			0,200					0,0020*					
0,0363	1,542		0,0212	0,0008		24,43			0,202					0,0048					
0,0379	1,567		0,0231	0,0010		24,52	18,92		0,202					0,0053					
0,0383	1,601	0,352	0,0240	0,0012	0,124*	24,54	18,92		0,202		0,0094*		0,077*	0,0054					
0,0384	1,602	0,354	0,0241	0,0013	0,147*	24,60	19,00		0,202	0,017	0,123*	0,0030	0,267	0,0056					
0,0390	1,606	0,355	0,0250	0,0013	0,149*	24,70	19,01	0,0023	0,202	0,018	0,131	0,0032	0,272	0,0056					0,0182
0,0428	1,606	0,357	0,0262	0,0013	0,177	24,83	19,03	0,0031	0,203	0,019	0,132	0,0046	0,277	0,0058	0,0022	0,0005	0,0101		0,0206
0,0429	1,611	0,358	0,0262	0,0014	0,178	24,84	19,05	0,0038	0,204	0,021	0,133	0,0051	0,278	0,0060	0,0023	0,0005	0,0102		0,0207
0,0430	1,611	0,359	0,0262	0,0015	0,178	24,84	19,05	0,0039	0,204	0,021	0,137	0,0051	0,279	0,0060	0,0024	0,0007	0,0112		0,0213
0,0430	1,617	0,360	0,0263	0,0016	0,180	24,85	19,06	0,0046	0,205	0,023	0,138	0,0053	0,280	0,0060	0,0025	0,0008	0,0112		0,0214
0,0430	1,618	0,369	0,0264	0,0017	0,181	24,86	19,10	0,0051	0,206	0,024	0,138	0,0053	0,281	0,0060	0,0028	0,0009	0,0119	0,0011	0,0216
0,0430	1,619	0,370	0,0265	0,0018	0,186	24,87	19,12	0,0054	0,207	0,024	0,139	0,0056	0,282	0,0060	0,0029	0,0009	0,0121	0,0013	0,0217
0,0432	1,626	0,372	0,0268	0,0020	0,186	24,88	19,13	0,0054	0,207	0,026	0,141	0,0057	0,282	0,0061	0,0030	0,0010	0,0128	0,0044	0,0219
0,0437	1,626	0,375	0,0269	0,0021	0,186	24,88	19,17	0,0055	0,207	0,027	0,142	0,0060	0,283	0,0061	0,0030	0,0010	0,0130	0,0070	0,0224
0,0439	1,628	0,376	0,0271	0,0024	0,186	24,91	19,21	0,0059	0,210	0,028	0,143	0,0062	0,285	0,0070	0,0032	0,0010	0,0133	0,0078	0,0226
0,0441	1,629	0,378	0,0272	0,0029	0,187	24,98	19,25	0,0061	0,211	0,029	0,143	0,0066	0,286	0,0070	0,0033	0,0012	0,0217	0,0084	0,0231
0,0442	1,636	0,379	0,0276	0,0030	0,187	24,99	19,25	0,0063	0,212	0,030	0,143	0,0070	0,289	0,0070	0,0033	0,0015	0,0267	0,0120	0,0255
0,0443	1,648	0,380	0,0276	0,0031	0,187	25,00	19,26	0,0072	0,215	0,030	0,144	0,0072	0,290	0,0078	0,0033	0,0015	0,0325	0,0130	0,0264
0,0446	1,650	0,381	0,0278	0,0034	0,188	25,00	19,32	0,0072	0,217	0,030	0,144	0,0073	0,290		0,0034	0,0015	0,0351		0,0266
0,0455	1,650	0,385	0,0283	0,0036	0,189	25,06	19,33	0,0080	0,218	0,030	0,144	0,0074	0,290		0,0034		0,0395		0,0274
0,0470	1,652	0,386	0,0291	0,0036	0,190	25,06	19,34	0,0087	0,220	0,033	0,144	0,0076	0,291		0,0036				0,0278
0,0480	1,660	0,388	0,0309	0,0040	0,190	25,11	19,35	0,0167*	0,223	0,034	0,145	0,0078	0,291						0,0282
0,0488	1,672	0,391	0,0312	0,0042	0,194	25,24	19,35	0,0187*	0,440*	0,041	0,145		0,293						
0,0489	1,728	0,392	0,0332	0,0044	0,197	25,25	19,47	0,0261*		0,050*	0,146		0,293						
0,0514	1,758*	0,404		0,0045	0,228*	25,76*	20,13*				0,146		0,294						
0,0557	1,766*	0,405					20,66*				0,146								
		0,449*									0,146								
											0,149								
											0,151								

Comments

Poznámky

laboratory results expressed in % m/m
laboratorní výsledky vyjádřeny v % hmotnostních

reference value - see Annex 3
vztažná hodnota - viz. Příloha 3

* laboratory result excluded as outlier
laboratorní výsledek vyloučen jako odlehlý

|Z_N| > 2
Z-scoring see Annex 2
|Z_N| > 2
Z-scoring viz. Příloha 2

laboratory result of the participant having the code below
laboratorní výsledek účastníka s kódem uvedeným níže

Participant's code - Kód účastníka: 33